

VEREIN  
DEUTSCHER  
INGENIEURE

Anforderungen an Stellen bei der Überwachung  
von Emissionen an Kleinf Feuerungsanlagen  
Stellen für wiederkehrende Überprüfungen  
von eignungsgeprüften Messgeräten

VDI 4208  
Blatt 2 / Part 2  
**Berichtigung /  
Corrigendum**

Requirements on bodies for emission monitoring at small firing installations – Bodies for periodic testing of performance-tested measuring devices

### **Berichtigung zur Richtlinie VDI 4208 Blatt 2:2020-01**

### **Corrigendum concerning standard VDI 4208 Part 2:2020-01**

**Anmerkung:** Wir empfehlen, auf der betroffenen Richtlinie einen Hinweis auf diese Berichtigung anzubringen.

**Note:** We recommend placing a reference to this Corrigendum on the standard concerned.

VDI/DIN-Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) – Normenausschuss  
Fachbereich Umweltmesstechnik

**VDI/DIN-Handbuch Reinhaltung der Luft, Band 5: Analysen- und Messverfahren II**

### **Korrekturhinweis**

Auf Seite 10 und Seite 11 sind in Abschnitt 6 die letzten drei Absätze in der deutschen Spalte statt in der deutschen Sprache in der englischen Übersetzung wiedergegeben. Diese drei Absätze müssen korrekt lauten:

Werden für ein Messverfahren mehrere Messgeräte zusammen verwendet, so ist im Prüfbericht des jeweiligen Messgeräts zu vermerken, dass es nur in Kombination mit den gleichzeitig geprüften Messgeräten eingesetzt werden darf. Im Prüfbericht sind die Messgeräteidentifikationsnummern aller beteiligten Messgeräte anzugeben.

Eine nicht bestandene Prüfung ist im Prüfbericht zu dokumentieren. In diesem Fall darf die Messgeräteidentifikationsnummer nicht aktualisiert werden.

Der Prüfbericht ist mindestens vom fachlich Verantwortlichen oder seinem Stellvertreter zu unterschreiben. Der Prüfbericht ist dem Kunden auszuhandigen.

Wir bitten Sie, diesen Fehler zu entschuldigen!

### **Erratum**

On page 10 and page 11, the last three paragraphs in Section 6 in the German column show the English translation instead of the German text. The English text is not affected by this mistake.

We apologise for this mistake!